ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA CLIMÁTICA
CRITERIO DE VALORACION

Jorge Juan, 106
28009 Madrid
Tlf.: +34 915 666 666
Fax: +34 915 666 804
www.fnmt.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de:
Paloma Varela Garcia De Oteyza
CSV: PzMLt3gT3l1pxwJawN1Xgg==
Fecha: 05/07/2017
Revise el panel de firmas para más informació

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de:
Luis Sanz Bujanda
CSV: PzMLt3gT3l1pxwJawN1Xgg==
Fecha: 05/07/2017
Revise el panel de firmas para más información

ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA CLIMÁTICA

Criterio de valoración

Cada oferta debe cumplir con todos los requisitos técnicos imprescindibles y no debe superar el presupuesto establecido. Dicha valoración se divide en 3 grupos:

1. Oferta económica (51 puntos máximo). No debe superar los 43.000 €. Se aplica la siguiente fórmula:

Pi= (OMV * 51) / Oi

OMV= Oferta más ventajosa

Oi= Oferta de cada participante

Pi= Puntuación obtenida por cada participante

2. Características técnicas imprescindibles. No se valoran las ofertas que no cumplan las características técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
3. Características técnicas a valorar (49 ptos. máximo). Dichas características se valoran si se cumplen las características técnicas imprescindibles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A VALORAR

Cámara	Característica	Observaciones	PUNTOS
General	Ruedas		4
	Pasa muros adicional	50mm de diámetro mínimo	3
	1ª Bandeja adicional		3
	2ª Bandeja adicional	Sumar al anterior	1
	Toma de corriente en la parte exterior de la cámara a 220V		2
	Puerta transparente con iluminación		5
	Servicio técnico en España		3
	Servicio técnico en C. A. Madrid	Sumar al anterior	4
	Garantía extendida a 3 años		5
Temperatura	Temperatura mínima inferior a -35° C		2
	Temperatura mínima inferior a -50° C	Sumar al anterior	4
Clima	Sensor de humedad psicrométrico adicional con sistema de humectación automático		3
Gas refrigerante	Sin CFC		5

Jorge Juan, 106
28009 Madrid
Tlf.: +34 915 666 666
Fax: +34 915 666 804
www.fnmt.es

ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA CLIMÁTICA

Criterio de valoración

Ambiente	Nivel de ruido inferior a 60 dB		5